5052 型笔式海水盐度计使用说明

一．技术参数：

1. 测量范围： 0 ~ 100.0 ppt
2. 分辨率：0.01/0.1 ppt
3. 精确度：±1.5% FS。
4. 温度补偿范围：0 ~ 60℃（自动），无温度显示。
5. 自动校准：1 点校准（使用 50.0 mS/cm 校正溶液）
6. 电源：AAA 电池 2 节，可连续使用 100 小时以上。
7. 尺寸和重量：39×25×176 mm / 87 g
8. 防水等级：IP57

二．使用方法：

1. 校正：用干净水清洗电极并甩干，插入 50.0 mS 校准溶液中，搅动后静止放置等显示值稳定，重复以上操作数次直至测量值重复显示，按住按键约 2 秒钟，等显示屏出现“ CAL ”符号后放开，显示闪烁的“50.0 mS”，几秒钟后校准完成。
2. 测试：用干净水清洗电极并甩干，将电极浸入测试溶液中，搅动后静止放置，等显示值稳定后读数。
3. 使用后用干净水清洗电极并擦干，套上电极帽。

三．注意事项：

1. 仪器出厂时已经校正，用户可直接使用。正常使用情况下推荐 1~2 月校正一次。
2. 电极如沾污，可将电极浸在含有洗涤剂的温热水或酒精中晃动清洗，但不能擦拭，以免损坏电极表面的铂黑镀层。
3. 仪器无按键操作 10 分钟后自动关闭。
4. 当仪器显示屏出现“ ”图标时，请更换电池。

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路 481 号 16 幢 4 楼（漕河泾高新技术开发区内） 邮编：200233

电话：021-63362480 传真：021-64956880 网址：www.shanghaisanxin.com