SANXIN GAPERA®
上海三信沛瑞仪器科技有限公司

SX711 型 pH/mV 计

使用说明书

上海三信沛瑞仪器科技有限公司

（原上海三信仪表厂）

SX700 系列便携式测量仪

1. SX711 型 pH/mV 计
2. SX712 型 ORP 计
3. SX713 型电导率/TDS/盐度/电阻率测量仪
4. SX716 型溶解氧测量仪
5. SX721 型 pH/ORP 计
6. SX723 型 pH/mV/电导率测量仪
7. SX725 型 pH/mV/溶解氧测量仪
8. SX726 型电导率/溶解氧测量仪
9. SX731 型 pH/ORP/电导率测量仪
10. SX736 型 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪
11. SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪

目　录

1. 概述 ---------- 3
2. 技术参数 ---------- 4
3. 仪器说明 ---------- 5
3.1. LCD 显示 ---------- 5
3.2. 操作键 ---------- 5
3.3. 测量信息的储存、回显和清除 ---------- 6
4. pH 测量 ---------- 7
4.1. 准备工作 ---------- 7
4.2. 仪器校准 ---------- 7
4.3. 溶液测量 ---------- 8
4.4. 参数设置 ---------- 8
4.5. 注意事项 ---------- 11
4.6. 自诊断信息 ---------- 13
5. mV 测量 ---------- 14
5.1. 溶液测试 ---------- 14
5.2. 参数设置 ---------- 14
6. 仪器成套性 ---------- 15
7. 仪器保证事项 ---------- 15
附表 I　仪器参数设置一览表
附表 II　仪器恢复出厂设置一览表
附表III　代码符号及缩写一览表

1. 概述：

感谢您购买和使用 SX711 型 pH/mV 计（以下简称仪器）。

在您使用此仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不断改良仪器性能之宗旨，本厂保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的 pH、mV 和温度等参数，是性价比最优的便携式 pH 测试仪。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业，尤其适合在野外和现场使用。

本仪器内置微处理器芯片、外型美观、功能丰富、使用方便，具有下列显著特点：

1.1. 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。配置校准溶液和专用手提箱，使用方便。

1.2. 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示“☺”图标。

1.3. 自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST 系列和中国系列。

1.4. 可设置纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式，对这二种特殊的 pH 测量模式，不仅有常规的斜率补偿，还有溶液 pH 值的非线性温度补偿，大大提高了测量准确度，特别适合电力、石化等行业使用。

1.5. 仪器电路板采用 SMT 贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。

1.6. 带蓝色背光的 LCD 显示屏。

1.7. 仪器符合 IP57 防尘防水等级。

2. 技术参数：

2.1. pH：

测量范围	(-2.00～19.99）pH
分辨率	0.1/0.01 pH
准确度	电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH
输入电流	≤2×10^{-12} A
输入阻抗	≥1×10^{12} Ω
稳定性	±0.01 pH/3h
温度补偿范围	(0～100) ℃ (自动)

2.2. mV：

测量范围	-1999mV～0～1999mV
分辨率	1mV
准确度	电计：±0.1% FS

2.3. 其他技术参数：


数据储存	200 组
储存内容	编号、测量值、测量单位和温度值。
电源	AA 电池 2 节 (1.5V×2)
尺寸和重量	仪表：(65×120×31)mm/180g；手提箱： (255×210×50)mm/790g
质量和安全认证	ISO9001:2000, CE 和 CMC

2.4. 工作条件：

环境温度	5～35 ℃ (0.01 级)
环境湿度	≤85%
IP 等级	IP57 防尘防水

3. 仪器说明：

3.1. LCD 显示：



① —— 参数模式图标

② —— 测量值

③ ——测量值储存及回显的编号和图标；以及特殊状态的提示符号。

M+ — 测量值储存图标； RM — 测量值回显图标；

④ —— 测量单位

⑤ —— 温度测量值及单位

⑥ —— 测量值稳定图标

⑦ —— 仪器校准指示图标

⑧ —— 低电压显示图标，当电池电压低于 2.6V 时显示此符号，提醒更换电池。

3.2. 操作键：

仪器共有 5 个操作键

3.2.1. ON/OFF — 开关键

3.2.2. CAL — 校准键

(a) 在测量状态时，按键进入仪器校准模式。

(b) 在参数设置状态时，按键改变数字或 ON/OFF 状态。

3.2.3. MODE — 功能键

(a) 短按（按键时间<1.5s）改变测量参数，依次显示 **pH** → **mV**

(b) 长按（按键时间>2 s）进入参数设置模式 P1，然后再短按，依次显示 P2 , P3 …

3.2.4. ENTER — 背光和进入键

(a) 在测量状态时，短按（按键时间<1.5s），开启或关闭背光显示；

(b) 在校准状态或参数设置状态时，按键表示确认，按键后仪器进入测量状态；

(c) 在 **pH** 模式时，按键不放，循环改变 pH 的分辨率：0.01→0.1 pH，选定后放开即可。

3.2.5. M+/RM — 储存和回显的复合键

(a) 在测量状态时，短按（按键时间<1.5s）储存测量数据，长按（按键时间>2s），回显储存的测量数据。

(b) 在参数设置状态时，按键改变数字或 ON/OFF 状态。

3.3. 测量信息的储存、回显和清除：

3.3.1. 储存测量信息：

在测量模式下，当测量值已稳定，显示“☺”图标时，短按 M+/RM 键（按键时间<1.5s），LCD 将显示**“M+”**图标和储存编号，同时将测量信息全部储存。仪器在 pH 和 mV 模式中可分别储存 100 组测量信息，总计可以储存 200 组。

3.3.2. 回显测量信息：

(a) 在测量模式下，长按 M+/RM 键（按键时间>2s），仪器将回显最后一组储存的信息，LCD 右上角显示储存编号和**“RM”**图标，以及完整的测量信息，再按 CAL 键或 M+/RM 键，仪器将依次回显所有的测量信息，长按 CAL 或 M+/RM

键，可快速查询；

(b) 在回显模式下（LCD 右上角有“**RM**”图标和储存编号），按 ENTER 键将返回测量模式。

3.3.3. 清除储存的测量信息：

在回显模式下，长按 ENTER 键 5 s，LCD 显示“ CLr ”符号 2 s，表示内存已清除，然后返回测量模式。

4. pH 测量：

4. 1. 准备工作：

4.1.1. 按 ON/OFF 键开机。

4.1.2. 将 201T-S pH/ATC 三复合电极接入仪器插座中。


4. 2. 仪器校准：

4.2.1. 按 CAL 键仪器进入校准模式，LCD 右上角显示闪烁的“ C1 ”，提示进入第一点校准。

4.2.2. 将 pH 电极在纯水中洗净并甩干，浸入 pH6.86 缓冲溶液中，晃动电极后静止放置，等测量值稳定并显示“ ☺ ”图标时，再按 CAL 键，LCD 显示闪烁的 6.86pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和闪烁的“ C2 ”，提示已完成第一点校准，进入第二点校准。

4.2.3. 将 pH 电极在纯水中洗净并甩干，浸入 pH4.00 缓冲溶液中，晃动电极后静止放置，等测量值稳定并显示“ ☺ ”图标时，再按 CAL 键，LCD 显示闪烁的 4.00 pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和闪烁的“ C3 ”，提示已完成第二点校准，进入第三点校准。

4.2.4. 将 pH 电极在纯水中洗净并甩干，插入 pH9.18 缓冲溶液中，晃动电极后静止放置，等测量值稳定并显示“☺”图标时，再按 CAL 键，LCD 显示闪烁的 9.18 pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和“Ⓛ Ⓜ Ⓗ”三个校准指示图标，见图（4-1），提示三点校准已完成，进入测量模式。



图（4-1）

4.2.5. 说明：

（a）本仪器可以任意采用一点、二点或三点自动校准，当第一点校准完成后（见 4.2.2.条），按 ☼ ENTER 键确认一点校准并进入测量模式，LCD 左下角显示一点校准的指示图标“Ⓜ”。当测量精度≤±0.1pH 时，根据测量范围选择一种缓冲溶液进行一点校准就可以了。

(b) 当第二点校准完成后 (见 4.2.3.条)，按 ☼ ENTER 键确认二点校准并进入测量模式，LCD 左下角显示二点校准的指示图标“Ⓛ Ⓗ”。如果测量值仅在酸性范围，可选择 pH4.00 和 pH6.86 校准；如果测量仅仅在碱性范围，可选择 pH6.86 和 pH9.18 校准。

（c）如果测量范围比较宽，或 pH 电极使用时间较长有老化现象时，应选择三点校准，这会使测量准确度更高。但首次使用的 pH 电极，必须进行三点校准，调整仪器的斜率与 pH 电极一致。

4. 3. 溶液测量：

将 pH 电极洗净后甩干，浸入被测溶液中，晃动电极后静止放置，等测量值稳定并显示“☺”图标时读数，即为该溶液的 pH 值。

注意：根据 pH 等温测量原理，被测溶液的温度与校准溶液的温度越接近，其测量准确度越高， 实际测试时应注意遵守。

4. 4. 参数设置：


4.4.1. pH 测量参数设置一览表（表（4-1））

表（4-1）

提示符	参数设置项目	代码	参数
P1	pH 缓冲溶液系列选择	SOL	USA(欧美系列) NIS(NIST 系列) CH(中国系列)
P2	纯水 pH 温度补偿设置	PU 1	OFF-On（关闭-设置）
P3	加氨纯水 pH 温度补偿设置	PU 2	OFF-On（关闭-设置）
P4	温度单位选择		℃ ℉
P5	背光显示时间设置	bL	0-1-3-6 min
P6	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min
P7	恢复出厂设置		OFF-On（关闭-设置）

4.4.2. pH 缓冲溶液系列选择（P1）

（a）长按 MODE 键，仪器进入 P1 模式，见图（4-2）。



图（4-2）

（b）按 CAL 或 M+/RM 键选择缓冲溶液系列：

CH (中国系列) — 1.68、4.00、6.86、9.18、12.46 pH


nIS (NIST 系列) —1.68、4.01、6.86、9.18、12.45 pH

USA (欧美系列) — 1.68、4.00、7.00、10.01、12.45 pH

（c）按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ☼/ENTER 键确认并返回测量模式。

4.4.3. 纯水 pH 温度补偿设置（P2）

（a）在 P1 模式下短按 MODE 键，仪器进入 P2 模式，见图（4-3）。



图（4-3）

（b）按 CAL 或 M+/RM 键选择“On”（纯水 pH 温度补偿

设置）或“OFF”(关闭)。

(c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ENTER 键确认并返回测量模式。

(d) 出厂设置为“OFF”。

注意：如果设置了纯水温度补偿功能，在测量模式时 LCD 右上角会显示“PU 1”图标。


4.4.4. 加氨纯水 pH 温度补偿设置 (P3)

(a) 在 P2 模式下短按 MODE 键，进入 P3 模式，见图 (4-4)。

(b) 按 CAL 或 M+/RM 键选择“On”(加氨纯水 pH 温度补偿设置）或“OFF”(关闭)。

(c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ENTER 键确认并返回测量模式。

(d) 出厂设置为“OFF”。



图（4-4）


注意：如果设置了加氨纯水 pH 温度补偿功能，在测量模式时 LCD 右上角会显示“PU 2”图标。

4.4.5. 温度单位℃/℉选择 (P4)

(a) 在 P3 模式下短按 MODE 键，进入 P4 模式，见图 (4-5)。

(b) 按 CAL 或 M+/RM 键可选择温度单位℃或℉。

(c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ENTER 键确认并返回测量模式。




图（4-5）

4.4.6. 背光显示时间设置 (P5)

(a) 在 P4 模式下短按 MODE 键，进入 P5 模式，见图 (4-6)。

(b)按 CAL 或 M+/RM 键，选择背光自动关机的时间：0min，1min，3min 或 6min，选择 0 min 即表示背光显示功能



图（4-6）

关闭。

(c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ENTER 键确认并返回测量模式。

(d) P5 的出厂设置为 1min

4.4.7. 自动关机时间设置 (P6)

(a) 在 P5 状态下短按 MODE 键，进入 P6 模式，见图 (4-7)。

(b)按 CAL 或 M+ RM 键，选择仪表自动关机的时间：0min，10min 或 20min，选择 0 min 即表示仪表自动关机功能关闭。




图 (4-7)

(c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按 ENTER 键确认并返回测量模式。

(d) P6 的出厂设置为 10 min

4.4.8. 恢复出厂设置 (P7)

(a) 在 P6 模式下短按 MODE 键，进入 P7 模式，见图 (4-8)。

(b) 按 CAL 或 M+ RM 键选择“On”，表示恢复出厂设置模式，2s 后返回测量模式。




图 (4-8)

4.5. 注意事项：

4.5.1. 仪器校准的次数取决于试样、电极性能及对测量的准确度要求。高精度测量（≤±0.02pH），应及时校准并使用准确度高的标准缓冲溶液，一般精度测量（≤±0.1pH），经一次校准后可连续使用一周或更长时间。

4.5.2. 在下列情况时，仪器要重新校准：

(a) 长期未用的电极和新换的电极；

(b) 测量强酸溶液(pH<2)或强碱溶液(pH>12)以后；

(c) 测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液以后；

(d) 被测溶液温度与校准时的温度相差过大时。

4.5.3. pH 电极前端的保护瓶内有电极浸泡溶液，电极头浸泡其中，以保持玻璃球泡和液接界的活化。测量时旋松瓶盖，拔出电极，用纯水洗净即可使用。使用后再将电极插进并旋紧瓶盖，以防止溶液渗出，如发现保护瓶中的浸泡液有混浊，发霉现象，应及时洗净，并调换新的浸泡液。

4.5.4. 电极浸泡液的配制：称取 25g 分析纯 KCl 溶于 100mL 纯水中即成。电极应避免长期浸泡在纯水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中，并防止和有机硅油脂接触。

4.5.5. 仪器用已知 pH 值的标准缓冲溶液进行校准时，为了提高测量精度，缓冲溶液的 pH 值要可靠。多次使用后缓冲溶液要及时更换。

4.5.6. 经常保持仪器的清洁和干燥，特别要注意保持仪表插口和电极插口的清洁和干燥，否则将导致测量失准或失效。

4.5.7. 复合电极前端的敏感玻璃球泡，不能与硬物接触，任何破损和擦毛都会使电极失效。测量前和测量后都要用纯水清洗电极，清洗后将电极甩干或吸干，不要用纸巾揩试球泡，这样会使电极电位不稳定，延长响应时间。在粘稠性试样中测定后，电极需用纯水反复冲洗多次，以除去粘在玻璃膜上的试样，或先用适宜的溶剂清洗，再用纯水洗去溶剂。

4.5.8. 电极经长期使用，或被测溶液中含有易污染敏感玻璃球泡或堵塞液接界的物质，会使电极钝化，其现象是敏感梯度降低，响应缓慢，读数不准，可根据不同情况采取下列措施：

（a）玻璃球泡污染老化：将电极用 0.1mol/L 稀盐酸（配制：9mL 盐酸用纯水稀释至 1000mL）浸泡 24h，用纯水洗净，然后再用电极浸泡液浸泡 24h，如果钝化比较严重，也可将电极球泡在 4%HF（氢氟酸）溶液中浸泡（3~5）s，用纯水洗净，然后在电极浸泡液中浸泡 24h，使之复新。

（b）玻璃球泡和液接界污染的清洗：(供参考)

污染物	清洗剂
无机金属氧化物	低于 1mol/L 稀酸
有机油脂类物	稀洗涤剂（弱碱性）
树脂高分子物质	稀酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物	酸性酶溶液（如食母生片）
颜料类物质	稀漂白液、过氧化物

4.5.9. pH 电极使用周期为一年左右，但如果使用条件恶劣或保养不当，使用时间会缩短，电极老化或失效后应及时更换新的电极。

4.5.10. 当仪器校准或显示出现不正常时，请设置 P7 为 **“On”**，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

4. 6. 自诊断信息：

仪器在使用过程中，可能会出现以下的一些符号，这是仪器的自诊断信息，它可以帮助你了解仪器或电极使用中的一些问题：

4.6.1. 静止不动的-2.00 pH 或 19.99pH — 这是测量值超过测量范围时显示的符号，当电极与仪器未连接好，电极悬空未进入溶液，均可能出现此符号，这是一种正常的现象。

4.6.2. **“Err 1”** — 电极零电位超标（<-60mV 或>60mV）

4.6.3. **“Err2”** — 电极斜率超标（<85%或>105%）

当出现以上 **“Err 1”** 或 **“Err2”** 符号时，请进行以下检查：

(a) 检查电极球泡中是否有气泡，如有请用力甩去气泡。

(b) 检查缓冲溶液是否已变质，或有较大的误差。

(c) 将仪器恢复出厂设置模式（详见 P11 第 4.4.8.条），再重新校准。

如经过以上检查还不能恢复正常，请更换新的 pH 电极。

5. mV 测量：

5.1. 溶液测试：

5.1.1. 按 ON/OFF 键开机，短按 MODE 键切换至 mV 模式；

5.1.2. 接上 ORP 电极（需另配），将电极在纯水中洗净并甩干，浸入被测溶液中，稍加搅动后静止放置，等测量值稳定并显示“☺”图标时读数即可。

5.2. 参数设置：

5.2.1. mV 测量参数设置一览表（表（5-1））

表（5-1）

提示符	参数设置项目	代码	参数
P1	背光显示时间设置	bL	0-1-3-6 min
P2	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min

5.2.2. 背光显示时间设置（P1）

长按 MODE 键，仪器进入 P1 模式，其余操作参见 P10 第 4.4.6.条。

5.2.3. 自动关机时间设置（P2）

在 P1 模式下短按 MODE 键进入 P2 模式，其余操作参见 P11 第 4.4.7.条。

6. 仪器成套性：

6.1. SX711 型 pH/mV 电计	1 台
6.2. 201T-S 塑壳 pH/ATC 三复合电极	1 支
6.3. pH 标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml）	各 1 瓶
6.4. 小起子	1 把
6.5. 备用 AA 电池	2 节
6.6. 说明书	1 份
6.7. 手提箱	1 个

7. 仪器保证事项：

SX711 仪器主机自购买日起 2 年内，电极自购买日起 6 个月内，因制造不良而不能工作，可免费修理或更换。以下情况不在保修范围内：

- 外在原因导致的损坏，如意外跌落、碰撞、不当使用等；
- 常规损耗和外观磨损；
- 未按照说明书要求的不当操作，未经授权的修理或修改；
- 其它厂方无法控制的外在因素

产品保修期是对用户购买产品提供免费服务的时间，不是指仪器或电极的使用寿命。

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	代 码	参 数
pH	P1	pH 缓冲溶液系列选择	SOL	CH(中国系列) USA(欧美系列) NIS(NIST 系列)
	P2	纯水 pH 温度补偿设置	PU 1	OFF-On（关闭-设置）
	P3	加氨纯水 pH 温度补偿设置	PU 2	OFF-On（关闭-设置）
	P4	温度单位选择		℃ ℉
	P5	背光显示时间设置	bL	0-1-3-6 min
	P6	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min
	P7	恢复出厂设置		OFF-On（关闭-设置）
mV	P1	背光显示时间设置	bL	0-1-3-6 min
	P2	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min

附表Ⅱ 仪器恢复出厂设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	出厂设置内容	非出厂设置图标
pH	P2	纯水 pH 温度补偿设置	OFF	PU-1
	P3	加氨纯水 pH 温度补偿设置	OFF	PU-2

附表Ⅲ 代码符号及缩写一览表

代码及缩写	英　　语	解　　释
SOL	Solution	标准溶液
CH	China	中国系列标准
USA	USA	欧美系列标准
nIS	NIST	NIST 系列标准
PU-1	Pure1	纯水 pH 温度补偿设置
PU-2	Pure2	加氨纯水 pH 温度补偿设置
End	End	

地址：上海市桂平路 481 号 16 幢 4 楼（漕河泾工业开发区内）

电话：021-63362480　　邮编：200233

网址：www.shanghaisanxin.com　　E-mail: sanxin@shsan-xin.com